

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200031/2569

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน 00190600125339 [ส3-60-1/33สบ] ลำดับที่ 60

สถานที่ตั้ง 213 หมู่ 4 ถนน มิตรภาพ กม 125 ตำบล ทับทิม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด ศรีสะเกษ 18260

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายวิชัย ผลวิชัย สังเกต กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณวงศ์ สังเกต สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดลอกไปรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 24 พฤศจิกายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25681118-00028

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ฝุ่นละออง (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)	27	Isokinetic, Gravimetric

หมายเหตุ

- ค่ามาตรฐานและวิธีวิเคราะห์เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

- * รายงานผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด

- ภายในปล่อยระบายออกนอกโรงงานของเตาหลอมทองแดงที่ใช้ NG เป็นเชื้อเพลิงผ่านระบบบำบัดแบบสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.10-13.30 น.

ทบทวนโดย

วิชัย ผลวิชัย

นายวิชัย ผลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

27 พฤศจิกายน 2568

อนุมัติโดย

วิชัย ผลวิชัย

นายวิชัย ผลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

27 พฤศจิกายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199