



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/100120/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ



NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0189

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ เฉพาะตัวอย่าง น้ำ

ข้อมูลจากลูกค้า

จากโรงงาน/แหล่งน้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10160000125245 [3-2(1)-1/24ลบ] ลำดับที่ 2(1) 2(2) 2(5)

จุดเก็บ น้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงาน

สถานที่ตั้ง 187 หมู่ 13 ซอย 19-21 ถนน สาย 2 ซ้าย ตำบล พัฒนานิคม อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี 15140

ประกอบกิจการ ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ปริมาณน้ำทิ้ง ไม่ระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอย่างโดย ทดสอบ ผู้เขียนคำร้อง

สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09:00 น.

ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ

วันที่ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง 7 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 15:15 น.

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์

และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น

รหัสปฏิบัติการ 12-25680207-00150

ลักษณะตัวอย่าง เหลืองใส มีตะกอนเล็กน้อย วันที่วิเคราะห์ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ค่าความเป็นกรดและด่างที่ 25 °C	7.0	SM part 4500-H ⁺ B
ค่าบีโอดี	8.0	SM part 5210 B and part 4500-O G
ค่าซีโอดี	50	SM part 5220 C
ค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด	30	SM part 2540 D
ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด	1,000	SM part 2540 C

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition, 2017

ทบทวนโดย

อนุมัติโดย

ทดสอบ ผู้อำนวยการ

ทดสอบ ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

2 กุมภาพันธ์ 2568

2 กุมภาพันธ์ 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199