



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0323/100008/2569

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ เฉพาะตัวอย่าง น้ำ

ข้อมูลจากลูกค้า

จากโรงงาน/แหล่งน้ำ บริษัท เสริมพงษ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 20410101625579 [จ3-60-16/57อด] ลำดับที่ 60 106

จุดเก็บ บ่อเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน (GPS : 13.827377309189737, 100.47126044435836)

สถานที่ตั้ง โฉนดที่ดินเลขที่ 142685 หมู่ 10 ตำบล หมากร้าง อำเภอบึงสามพัน จังหวัด อุตรดิตถ์ 41000

ประกอบกิจการ หลอมโลหะ ปริมาณน้ำทิ้ง 15 ลบ.ม./วัน เก็บตัวอย่างโดย กัมปนาท ขาวดระ

สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 เวลา 10:35 น.

ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ

วันที่ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง 19 กันยายน 2568 เวลา 15:22 น.

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ชำ แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น

รหัสปฏิบัติการ 14-25680919-00405

ลักษณะตัวอย่าง ใส่ ไม่มีสี วันที่วิเคราะห์ 19 กันยายน 2568 ถึง 20 ตุลาคม 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ค่าความเป็นกรดและด่างที่ 25 °C	7.9	SM part 4500-H ⁺ B
แคลเซียม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ตรวจไม่พบ	SM Part 3120B and 3030E
โคบอลต์ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ตรวจไม่พบ	SM Part 3120B and 3030E
โครเมียม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ตรวจไม่พบ	SM Part 3120B and 3030E
ตะกั่ว (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ตรวจไม่พบ	SM Part 3120B and 3030E

หมายเหตุ

- SM หมายถึง Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023
- ความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถตรวจพบได้ : Limit of Detection (LOD) เท่ากับ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร

ทบทวนโดย

นางสาวประภัสสร ฉายจิตต์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

29 ตุลาคม 2568

อนุมัติโดย

นางเนตรนภา ครุโสภา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

เฉิงเหนือ

29 ตุลาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉิงเหนือ

303/11 หมู่ 14 ซอยรัตนภา ถนนมิตรภาพ ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 4

โทร. 04-304-1469 โทรสาร -



f61745cf



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0323/100008/2569

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ เฉพาะตัวอย่าง น้ำ

ข้อมูลจากลูกค้า

จากโรงงาน/แหล่งน้ำ บริษัท เสริมพงษ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 20410101625579 [จ3-60-16/57อด] ลำดับที่ 60 106

จุดเก็บ บ่อเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน (GPS : 13.827377309189737, 100.47126044435836)

สถานที่ตั้ง โฉนดที่ดินเลขที่ 142685 หมู่ 10 ตำบล หมากร้าง อำเภอบึงสามพัน จังหวัด อุตรดิตถ์ 41000

ประกอบกิจการ หลอมโลหะ ปริมาณน้ำทิ้ง 15 ลบ.ม./วัน เก็บตัวอย่างโดย กัมปนาท ชาวตร

สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 เวลา 10:35 น.

ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ

วันที่ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง 19 กันยายน 2568 เวลา 15:22 น.

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ชำ แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น

รหัสปฏิบัติการ 14-25680919-00405

ลักษณะตัวอย่าง สี ไม่มีสี วันที่วิเคราะห์ 19 กันยายน 2568 ถึง 20 ตุลาคม 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ทองแดง (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ตรวจไม่พบ	SM Part 3120B and 3030E
แพลเลียม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ตรวจไม่พบ	SM Part 3120B and 3030E
นิกเกิล (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ตรวจไม่พบ	SM Part 3120B and 3030E
เบริลเลียม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ตรวจไม่พบ	SM Part 3120B and 3030E
แบเรียม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ตรวจไม่พบ	SM Part 3120B and 3030E

หมายเหตุ

- SM หมายถึง Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023
- ความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถตรวจพบได้ : Limit of Detection (LOD) เท่ากับ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร

ทบทวนโดย

นางสาวประภัสสร ฉายจิตต์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

29 ตุลาคม 2568

อนุมัติโดย

นางเนตรนภา ครุโสภา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

เฉิงเหิน

29 ตุลาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉิงเหิน

303/11 หมู่ 14 ซอยรัตนภา ถนนมิตรภาพ ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 4

โทร. 04-304-1469 โทรสาร -



f61745cf



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0323/100008/2569

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ เฉพาะตัวอย่าง น้ำ

ข้อมูลจากลูกค้า

จากโรงงาน/แหล่งน้ำ บริษัท เสริมพงษ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 20410101625579 [จ3-60-16/57อด] ลำดับที่ 60 106

จุดเก็บ บ่อเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน (GPS : 13.827377309189737, 100.47126044435836)

สถานที่ตั้ง โฉนดที่ดินเลขที่ 142685 หมู่ 10 ตำบล หมากร้าง อำเภอบึงสามพัน จังหวัด อุตรดิตถ์ 41000

ประกอบกิจการ หลอมโลหะ ปริมาณน้ำทิ้ง 15 ลบ.ม./วัน เก็บตัวอย่างโดย กัมปนาท ขาวดระ

สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 เวลา 10:35 น.

ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ

วันที่ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง 19 กันยายน 2568 เวลา 15:22 น.

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ชำ แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น

รหัสปฏิบัติการ 14-25680919-00405

ลักษณะตัวอย่าง ใส่ ไม่มีสี วันที่วิเคราะห์ 19 กันยายน 2568 ถึง 20 ตุลาคม 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
พลวง (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ตรวจไม่พบ	SM Part 3120B and 3030E
แมงกานีส (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ตรวจไม่พบ	SM Part 3120B and 3030E
สังกะสี (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ตรวจไม่พบ	SM Part 3120B and 3030E

หมายเหตุ

- SM หมายถึง Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023

- ความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถตรวจพบได้ : Limit of Detection (LOD) เท่ากับ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร

ทบทวนโดย

นางสาวประภัสสร ฉายจิตต์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

29 ตุลาคม 2568

อนุมัติโดย

นางเนตรนภา ครุโสภา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

เฉิงเหนือ

29 ตุลาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉิงเหนือ

303/11 หมู่ 14 ซอยรัตนภา ถนนมิตรภาพ สีลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 4

โทร. 04-304-1469 โทรสาร -



f61745cf

สิ้นสุดการรายงานผล